Biosan SIA, Ratsupites iela 7 k-2, Riga, Latvia, LV-1067
E-mail: marketing@biosan.lv, www.biosan.lv
Phone:+37167426137

# R-6P, rotore

## DESCRIZIONE

Rotore oscillante per provetta da centrifuga con fondo conico. Secchielli in plastica (POM Kocetal).

## SPECIFICHE

| | |
|---|---|
| Materiale secchio | POM Kocetal |
| Tipo di Rotor | Oscillante |
| Dimensioni (Ø × lunghezza) | 29 × 115 mm |
| Capacità | 6 |
| Il volume del provetta | 50 ml |
| Max. velocità | 4200 rpm |
| Max. temperatura | 150 °C |
| Max. RCF: LMC-3000 | 1610 × g |
| Max. RCF: LMC-4200R | 3160 × g |
| Produttori di provetta | Falcon, Greiner Bio-one, Sarstedt, Corning, Nunc, etc. |

## NUMERO DI CATEGORIA

| | |
|---|---|
| BS-010208-XK | Rotore R-6P |

## ACCESSORI

**LMC-3000**
Without rotor
Centrifuga da laboratorio

**LMC-3000** è una moderna centrifuga da banco a bassa velocità progettata per il funzionamento con micropiastre e provette per centrifuga fino a 50 ml. Questo dispositivo è ampiamente usato nei ...

Leggi di più



**LMC-4200R**
Without rotor
Centrifuga refrigerata da laboratorio

La centrifuga da banco per laboratorio con funzione di refrigerazione **LMC-4200R** assicura il controllo della temperatura dei materiali biologici durante la centrifugazione. Il controllo della temperatura del cosiddetto “cold-shelf” (ripiano ...

Leggi di più

**RR-U**
BS-010208-UK
supporto rotore

Supporto rotore