

V-1 plus, Personālais Vortekss

APRAKSTS

Vorteksa **V-1 plus** iekārtas darba principa pamatā ir ekscentriskā rotācijas kustība, kas ļauj efektīvi veikt paraugu samaisīšanu mēģenēs. Iekārta var būt izmantota dažāda veida darbiem, ieskaitot biomateriāla paraugu samaisīšanu, šūnu paraugu suspendēšanu, ķīmisko paraugu samaisīšanu.

Vortekss **V-1 plus** ir paredzēts darbam divos režīmos:

1. ilgstoša maisīšana;
2. īslaicīga maisīšana; (īslaicīgās maisīšanas režīms ieslēdzas piespiežot mēģeni pie galviņas).



SPECIFIKĀCIJA

Ekscentra maisīšanas princips	+
Apgriezienu regulēšanas diapazons	500-3000 apgr./min.
Ieskriešanās laiks	<1 s
Maksimālais nepārtrauktās darbības laiks	24 h
Mēģenes	no 0.2 līdz 50 ml
Maksimālais samaisīšanas tilpums	30 ml
Orbitas diametrs	4 mm
Gabarītmēri (P×Dz×A)	90x150x80 mm
Svars	0.8 kg
Ieejas strāva / jauda	12 V, 320 mA / 3.8 W
Ārējais barošanas bloks	Ieeja AC 100–240 V; 50/60 Hz; Izeja DC 12 V

KAT. NUMURS

BS-010203-AAG	230VAC 50/60Hz Euro plug
BS-010203-AAK	230VAC 50/60Hz UK plug, 230VAC 50/60Hz AU plug, 100VAC 50/60Hz US plug, 120VAC 60Hz US plug
BS-010203-BK	IQ OQ dokuments
BS-010203-CK	PQ dokuments