

ES Atbilstības deklarācija

Iekārtas kategorija

Personālie bioreaktori

Modelis

RTS-1, RTS-1C, RTS-8

Sērijas numurs

14 cipari XXXXXYYMMZZZZ veidā, kur XXXXXX ir modeļa kods, YY un MM – ražošanas gads un mēnesis, ZZZZ – iekārtas numurs.

Ražotājs

SIA BIOSAN
Latvija, LV-1067, Rīga, Rātsupītes iela 7/2

Pielietojamās direktīvas

EMS Direktīva 2014/30/EU
LVD Direktīva 2014/35/EU
RoHS2 2011/65/EU
WEEE 2012/19/EU

Pielietojamie standarti

LVS EN 61326-1: 2013

Elektriskā mērīšanas, vadīšanas, regulēšanas un laboratorisko analīžu aparātūra. Elektromagnētiskās saderības (EMS) prasības. Vispārīgās prasības.

LVS EN 61010-1: 2011

Drošuma prasības elektriskajiem mērīšanas, vadības un laboratorisko procesu aparātiem. Vispārīgās prasības.

LVS EN 61010-2-010: 2015

Īpašas prasības laboratorijas iekārtām, kas paredzētas materiālu karsēšanai.

LVS EN 61010-2-051: 2015

Īpašas prasības maisīšanas un skalošanas laboratorijas iekārtām.

Mēs apstiprinām, ka šī iekārta atbilst augstākminētām Direktīvu prasībām

Paraksts

Svetlana Bankovska
Izpilddirektore

11.02.2019

Datums

Paraksts

Igors Bankovskis
R&D vadītājs

11.02.2019

Datums